

HISTAMINE

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

ELISA



BIO-SHIELD
HISTAMINE



- Método preciso y sensible
- Tiempo de procedimiento bajo de 20 minutos
- Alta especificidad y sensibilidad
- No se requiere un proceso de acilación

Excelencia en los resultados de la prueba de aptitud de FAPAS para histamina en pescado enlatado (agosto-septiembre de 2019) con una puntuación Z de - 0.1

HISTAMINE

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

FLUJO LATERAL



SYMMETRIC
HISTAMINE

- TEI único test rápido totalmente cuantitativo para Histamina
- Resultados altamente precisos
- Límite de detección visual a 50 ppm
- Protocolo rápido y fácil - sólo 3 minutos
- No se requiere un proceso de acilación

Excelencia en los resultados de la prueba de aptitud de FAPAS para histamina en pescado enlatado (agosto-septiembre de 2019) con una puntuación Z de 0.3



PROGNOSIS BIOTECH S.A.

 **PROGNOSIS**
BIOTECH